

## 仮称:特別養護老人ホームひかり(アボーデひかり)電動ベッド等整備に係る質問書への回答

2023年4月28日(金)

社会福祉法人さんよう

理事長 辰川 和美

みだしのことについては、次のとおりです。

No	質疑事項	回答
1	仕様書では、高さ調整は垂直昇降方式とする。とあるが、スイング式ではいけないのでしょうか。	スイング式昇降は含まれます。
2	公告日を基準に、過去 3 年間において、今回と同規模の納入実績があるとしているが、公告日を基準に 5 年間ではいけないか。また、どこまでの資料を求めるのか。	公告日を基準に、過去 5 年間とします。 発注書もしくは納品書等の写しを求めます。
3	入札金額は運搬・搬入金額を含むのか。	含みます。
4	床ずれ防止マットレスで、表裏で硬さの異なるリバーシブル仕様であるとなっているが、表面のみでも問題ないか。	表面のみでも問題ありません。