

アボーデひかり
電動リモートコントロールベッド一式仕様書

1. 入札物品

- (1) 一般ベッド 52台
- (2) 超低床ベッド 6台
- (3) ベッドサイドレール(2本1組) 58組
- (4) スイングアーム介助バー 5本
- (5) マットレス 50枚
- (6) 床ずれ防止マットレス 8枚

2. 納入場所

広島県福山市草戸町三丁目1070番4 外1筆
社会福祉法人さんよう アボーデひかり(特別養護老人ホームひかり)

3. 納入期限 2023年6月20日まで

4. 購入条件等 電動リモートコントロールベッド等の規格は、次のとおりとする。

- (1) 一般ベッド52台は、下記のとおりとする。
 - ① ベッドは、背・膝の角度、高さの調節が単独で操作できる3モーターベットとする。
 - ② 寸法:全長2,100mm、幅1,000mm 程度とする。
 - ③ 背上げ確度:0~70度以上 膝上げ角度:0~22度以上 高さ調整25cm以下~63cm以上とする。
 - ④ 緊急時には、ピンを外すことにより、背ボトムを下げるができる。
 - ⑤ 高さ調節は垂直昇降方式とする。
 - ⑥ 足ボトムは使用者に適したベッドポジションが確保できるよう、角度調整機能を有する。
 - ⑦ マットレスのずれ下がり・横ずれを抑制させるため、マットレス止めを備える。
 - ⑧ 手元スイッチの画面は液晶とし、分かりやすい表示の仕様とする。
 - ⑨ 一つのキャスターロックペダルを踏むと全部のキャスターがロックできる仕組とする。
 - ⑩ ベッドボード・フットボードは容易に着脱ができ、不用意な外れを防ぐためのストッパーを設ける。
 - ⑪ ボトムの素材は強度を確保するため主材を鋼板もしくは鋼線とする。
 - ⑫ 手元スイッチのメモリーボタンを押し続けることで、あらかじめ設定したベッド姿勢に動作できる。
 - ⑬ 背上げ時の姿勢保持のため、伸びて曲がる短冊状に構成された屈曲ボトムもしくは頭蓋部の確度調整機能を有する。

(2) 超低床ベッド6台は、下記のとおりとする。

- ① ベッドは、背・膝の角度、高さの調節が単独で操作できる3モーターベッドとする。
- ② 寸法:全長2,100mm、幅1,000mm程度とする。
- ③ 背上げ確度:0~70度以上 膝上げ角度:0~22度以上 高さ調整15.5cm以下~56.5cm以上とする。
- ④ 緊急時には、ピンを取外すことにより、背ボトムを下げるができる。
- ⑤ 高さ調節は垂直昇降方式とする。
- ⑥ 超低床ベッドの高さはキャスターを付けて、ボトムから床までの高さが、15.5cmとする。
- ⑦ 足ボトムは使用者に適したベッドポジションが確保できるよう、角度調整機能を有する。
- ⑧ マットレスのずれ下がり・横ずれを抑制させるため、マットレス止めを備える。
- ⑨ キャスターは4輪とも、首振り・回転が固定できるストッパー付キャスターとする。
- ⑩ ベッドボード・フットボードは容易に着脱ができ、不用意な外れを防ぐためのストッパーを設ける。
- ⑪ ボトムの素材は強度を確保するため主材を鋼板もしくは鋼線とする。
- ⑫ 背上げ時の姿勢保持のため、伸びて曲がる短冊状に構成された屈曲ボトムもしくは頭蓋部の確度調整機能を有する。

※以下のベッド付属品は、ベッドメーカーと同一メーカーのものとする。

(3) ベッドサイドレール(2本1組) 58組は、下記のとおりとする。

- ① 寸法:全長96cm程度とする。

(4) スイングアーム介助バー 5本は、下記のとおりとする。

- ① 寸法:全長110cm~120cmとする。

(5) マットレス 50枚は、下記のとおりとする。

- ① 厚さ7~8cmとする。
- ② 感染予防のため清拭消毒可能とする。
- ③ 両面で硬さの異なるリバーシブル仕様とする。

(6) 床ずれ防止マットレス 8枚は、下記のとおりとする。

- ① マットレスは、優れた耐圧分散性、屈曲性、寝姿勢、動きやすさ、背上げ時のずれ抑制、圧迫軽減、端座位時の安定性、快適な寝床内環境に配慮し吸放湿機能を有し、表裏で硬さの異なるリバーシブル仕様である。
- ② 感染予防のため、カバーに抗菌機能を付加するとともに清拭消毒可能とする。